

产品质检报告

货号: Ounuo97001

生产日期: 2023.11.02


批号: 20231102

检验日期: 2023.11.03

检验数据:

Temp: 25°C; RH: 45%

重复数	标准品	平均吸光度	B/B0%	RSD%
n=2	0ppb	1.944	100	2.5
	1.5ppb	1.712	88.1	0.9
	4.5ppb	1.381	71.0	0.5
	13.5ppb	0.734	37.8	0.4
	40.5ppb	0.322	16.6	4.2



该产品的 IC50 在约 9.0ppb 之间, 产品的吸光度会随温度上下波动, 属于正常现象, 不影响产品的正常使用。

日期: 2023.11.03

质检人: 马迎迎

